

## Czyszczenie & dezynfekcja Nubis — pokrowiec PU na materac

Do czyszczenia powierzchni produktu użyj gąbki zwilżonej w roztworze wody z mydłem. Po wyczyszczeniu użyj suchej, czystej szmatki, aby przetrzeć powierzchnię.

W razie potrzeby możesz użyć środka dezynfekującego z poniższej listy, pod warunkiem zastosowania rekomendowanego stężenia. Po wyczyszczeniu należy spłukać zastosowany środek.

Przed zastosowaniem nowego środka dezynfekującego należy go wcześniej przetestować.

Lista **ZATWIERDZONYCH** środków do czyszczenia i dezynfekcji pokrowca PU na materac Nubis


| PRODUKT              | STĘŻENIE  | WYNIK     |
|----------------------|-----------|-----------|
| ACTIC4OR PLUS        | 1.000 ppm | dozwolony |
| ANIOS DDHS           | czysty    | dozwolony |
| DURR DENTAL          | czysty    | dozwolony |
| CHLOR-CLEAN TABLETS  | 1.000 ppm | dozwolony |
| DETTOL               | 5%        | dozwolony |
| DISIVIOZON PUR       | 4%        | dozwolony |
| ETHANOL              | 70%       | dozwolony |
| FORMALDEHYDE         | 37%       | dozwolony |
| GERMATOL             | 5%        | dozwolony |
| HANSAMED (spray)     | czysty    | dozwolony |
| HAZ-TABS             | 1.000 ppm | dozwolony |
| HIBICET              | czysty    | dozwolony |
| INCIDIN ACTIVE       | 2%        | dozwolony |
| INCIDIN EXTRA N      | 2%        | dozwolony |
| INCIDIN FOAM         | czysty    | dozwolony |
| INCIDIN PLUS         | 2%        | dozwolony |
| KODAN TINKTUR FORTE  | czysty    | dozwolony |
| MEDICARINE           | 1.000 ppm | dozwolony |
| MIKROBAC FORTE       | 4%        | dozwolony |
| MINU DES             | czysty    | dozwolony |
| NATRIUMHYPOCHLORITE  | 0,1%      | dozwolony |
| OCTENISEPT (spray)   | czysty    | dozwolony |
| SAGROTAN (spray)     | czysty    | dozwolony |
| SAGROTAN MED (spray) | czysty    | dozwolony |
| SANIT P20            | czysty    | dozwolony |
| SOFTASEPT N (spray)  | czysty    | dozwolony |
| SPRING               | czysty    | dozwolony |
| SPRINT 200           | 2%        | dozwolony |
| STERILLIUM           | czysty    | dozwolony |
| SUMA BAC D10         | 1%        | dozwolony |
| SURFA'SAFE           | czysty    | dozwolony |
| ULTRASAN             | czysty    | dozwolony |
| VI RKON              | 10 g/l    | dozwolony |
| VOLVONE              | 40%       | dozwolony |
| HYDROGEN PEROXIDE    | 1.000 ppm | dozwolony |

Lista **NIEZATWIERDZONYCH** środków do czyszczenia i dezynfekcji pokrowca PU na materac NUBIS


| PRODUKT      | WYNIK        |
|--------------|--------------|
| CLEAR SOL    | niedozwolony |
| HYCOLIN      | niedozwolony |
| LYORTHOL     | niedozwolony |
| SEKURAL SOFT | niedozwolony |
| TURBO BREAK  | niedozwolony |

# STEFANO MARDEGAN

Technical & Outdoor Textiles



I-20149 Milano - Via Arona, 6  
Tel. +39 02 34538689  
Fax +39 02 34936252  
Email [info@mardegan.com](mailto:info@mardegan.com)  
[www.mardegan.com](http://www.mardegan.com)

| Artykuł                              | Mar-Hospital 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                            |           |            |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|------------|
| Norma                                | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wartości                 | JM                         |           | Tolerancja |
|                                      | Kompozycja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 58<br>42                 | %<br>%                     | PU<br>PES |            |
|                                      | Przeciwbakteryjność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | Zdezynfekowane             |           |            |
|                                      | Ciężar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 190                      | gr/m²                      |           | +/- 5%     |
|                                      | Szerokość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 220                      | cm                         |           | +/- 1      |
| ISO EN 1421-1                        | Wytrzymałość na rozciąganie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 36<br>18                 | kg/5 cm                    | Osnowa    |            |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | kg/5 cm                    | Wątek     |            |
| ISO EN 1421-1                        | Wydłużenie przy zerwaniu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 70<br>180                | %                          | Osnowa    |            |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | %                          | Wątek     |            |
| UNI 4818 pt. 9°                      | Wytrzymałość na rozdarcie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,8<br>1                 | kg                         | Osnowa    |            |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | kg                         | Wątek     |            |
| ISO EN 13937                         | Stabilność wymiarów po 3 praniach w 95° C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,5<br>1,5               | %                          | Osnowa    | +/- 0,5    |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | %                          | Wątek     | +/- 0,5    |
| EN 20811 - 93                        | Słup wody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | > 200                    | cm                         |           |            |
| ISO EN 12479                         | Jungle test (odporność na hydrolizę)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nie                      | Degradacja po 3 tygodniach |           |            |
| ISO EN 13334                         | Bally (test zginania)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | > 150.000                | Cykle                      |           |            |
| EN 60-601 ISO1853<br>ISO2878 ISO2882 | Antystatyczność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≤ 4.700.000              | Ohm                        |           |            |
| SYMBOLE DOTYCZĄCE PRANIA             | <div></div> |                          |                            |           |            |
| UNI 8457 - 9174                      | Odporność na ogień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Klasa 1 – Crib5 (BS7175) |                            |           |            |

Wszystkie wartości podane są wyłącznie w celach orientacyjnych.

STEFANO MARDEGAN s.r.l.  
Kapitał zakładowy 115.000,00 € w pełni opłacony  
Vat, NIP i nr ewidencji firmy 04677940960 REA 1758274